

SDTQ600 热重分析仪开放通知

SDTQ600热重分析仪（卢嘉锡楼135室），仪器经检修维护后, 现已经恢复运行。**仪器最高测试温度为800℃**。预约页面已开通。

关于机时预约，再次强调：

①仅对熟练操作人员开放，并严格实行网络预约。每人每周预约机时数限制为5个时段（15小时）。每周每个课题组预约机时数限制为10个时段（30小时）。每周个人机时超过5个时段或课题组超过10个时段，以最后一个为有效预约（前面的作废，请及时修改、删除预约）。

②测试结果及数据必须由ftp上传下载，禁止使用U盘等拷贝工具。

③**每周三 8: 30-11: 30 为仪器培训或维护，请不要预约该时段。**

联系方式：赖老师 zzlai@xmu.edu.cn, 2183549

仪器分析中心

2017-3-14